

Dräger Aerotest Simultan HP Испытательное оборудование

Dräger Aerotest Simultan HP применяется для определения качества воздуха для дыхания высокого давления. В сочетании с импактором Dräger Oil система обеспечивает уникальный уровень качества контроля сжатого воздуха.



Преимущества

Проверенный воздух для дыхания

Используя Dräger Aerotest Simultan HP, можно проверить качество воздуха для дыхания из компрессора или баллона со сжатым воздухом. Система гарантирует качество воздуха для дыхания согласно стандарту EN 12 021. Серия продуктов Aerotest работает с использованием индикаторных трубок Dräger, способных быстро и надежно обнаружить и измерить концентрации токсичных газов. Dräger Aerotest Simultan HP позволяет определить потенциально вредные вещества в воздухе, такие как оксид углерода, диоксид углерода, водяной пар и нефть. Содержание примесей можно определять по отдельности для каждого вещества или одновременно.

Импактор Dräger Oil

Импактор компании Dräger специально разработан для проверки воздуха на наличие масляных аэрозолей. Также это устройство позволяет измерять содержание синтетических масел, независимо от их типа и вязкости. Количественные результаты наглядно представляются в виде многоуровневой структуры.

Простота применения

Используя стандартные инструменты, измерительный прибор можно подключить к пневмосети высокого давления через соединитель G 5/8. Уже через пять минут на дисплее Aerotest появятся результаты измерения степени загрязнения воздуха.

Готовность к использованию

Все компоненты Dräger Aerotest Simultan HP хранятся в переносном кейсе и готовы к использованию.

Технические характеристики

Dräger Aerotest Simultan HP

Размеры [Д x Ш x В, мм]	350 x 300 x 85
Вес, кг	прибл. 3,0
Подаваемое давление, бар	200 или 300
Соединение	Резьба G, 5/8 дюйма
Скорость потока, л/мин	0,2 и 0,4

Спецификация заказа

Dräger Aerotest Simultan HP	Код заказа
Dräger Aerotest Simultan HP, комплект включает:	65 25 951
1 редуктор с ручным присоединением	
1 соединительный переходник для 4 трубок Dräger	
1 комплект импакторов Dräger Oil (10 шт.)	
1 адаптер 200 бар, 1 адаптер 300 бар	
1 таймер	
1 вскрыватель трубок, Dräger TO 7000	
1 шланг для испытания на образование пузырей	
1 комплект металлокерамических фильтров (5 шт.)	
1 набор трубок Dräger Диоксид углерода 100/a-P (10 шт.)	
1 набор трубок Dräger Оксид углерода 5/a-P (10 шт.)	
1 набор трубок Dräger Водяной пар 20/a-P (10 шт.)	
1 руководство по эксплуатации	
1 транспортировочный кейс	
Dräger Aerotest Simultan HP — без индикаторных трубок Dräger	65 25 937
Дополнительно	
1 адаптер импактора	81 03 557

Примечания

Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах. Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

**ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:**
107076 Москва,
Электrozаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

